

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUCCPR-H rev. 01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Campo Cirúrgico

Nome Comercial: Campo Cirúrgico Plástico Reforçado

Modelo e Especificações

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade por Caixa</u>
89749	Campo Cirúrgico Plástico Reforçado Impermeável- Angiografia Femural Extra Longo	87 in. x 135 in. / 221 cm x 343 cm	16
89706	Campo Cirúrgico Plástico Reforçado-Angiografia Femural com Dupla Janela	88.5 in. x 115 in. / 224 cm x 292 cm	18
89705	Campo Cirúrgico Plástico Reforçado-Angiografia Femural com Janela	82 in x 124in. / 208 cm x 314 cm	16
89453	Campo Cirúrgico Plástico Reforçado-CVARTS* Bilateral- Região Perineal	84 in. x 80 in. / 213 cm x 203 cm	14
89414	Campo Cirúrgico Plástico Reforçado-Região Glútea c/ Bolsa Coletora Graduada	40 in. x 44 in. / 102 cm x 112 cm	30
89372	Campo Cirúrgico Plástico Reforçado-Impermeável para Angiografia Femural c/ Bolsa	87 in. x 135 in. / 221 cm x 343 cm	10
89413	Campo Cirúrgico Plástico Reforçado-Região Glútea	40 in. x 46 in. / 102 cm x 117 cm	50

Registro Anvisa: 81832580020

Reprocessamento Proibido.







Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.


Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUCCPR-H rev. 01

Fotos

89372 	89414 
89706 	89705 
89749 	89413 

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUCCPR-H rev. 01



Conteúdo

Os campos são fornecidos estéreis, embalados individualmente.

A embalagem primária é Tyvek* ou Papel Grau Cirúrgico com Filme Plástico. A embalagem secundária, para transporte, é papelão – celulose.

Descrição e Indicação

Os campos cirúrgicos são destinados a proporcionar uma região estéril, limpa e seca, bem como proporcionar uma região isolada e livre de partículas ou líquidos para o cirurgião, paciente e ambiente cirúrgico garantindo assim uma área apropriada para a realização do procedimento cirúrgico.

Instruções de Uso

- Remova o campo cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Filme Plástico em Polietileno e Não-Tecido de Polipropileno Laminado com Filme Plástico.

Não contém látex.

Não contém DEHP.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUCCPR-H rev. 01

Condições de Armazenamento

- O produto deve ser conservado em sua embalagem original;
- Evitar sua exposição à luminosidade, umidade, altas temperaturas e partículas de pó;
- Os produtos devem ser acomodados em prateleiras suspensas ou em armários fechados;
- Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes da embalagem devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUCCPR-H rev. 01

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116